Miroirs pour la photographie dentaire

Mode d'emploi

En achetant ces miroirs pour la photographie dentaire, vous disposez d'un produit de grande qualité qui a été développé en étroite collaboration avec des instituts de médecine dentaire et qui s'est établi sur le marché mondial depuis plus de 35 ans.
La couche réfléchissante très dure et résistante aux rayures garantit

- Réflexion élevée
- Bonne neutralité des couleurs
- Pas de double image

La poignée de maintien coudée permet de tenir le miroir sans affecter la surface du miroir.

Lisez attentivement le présent mode d'emploi et conservez-le dans un endroit approprié. Le strict respect de nos instructions garantit une utilisation sûre et sans danger de notre produit ainsi qu'une durée de vie la plus longue possible.

Matériaux:
Le miroir est composé d'un verre métallisé au rhodium qui est collé sur la poignée de maintien. La poignée de maintien est une fonte d'aluminium recouverte d'un polyester de silicone. L'adhésif utilisé est une résine mono-composant durcissant en l'absence d'air et aux rayons UV, sans solvant.

Domaine de validité :
Le mode d'emploi est valable pour les miroirs suivants destinés à la photographie dentaire :

- Types A, B1, B2 & C, pour prises d'empreintes occlusales
- Type D, pour les prises de vue latérales
- Type S, kit de miroirs
- Type O, pour les prises d'empreintes occlusales sans manche
- Type L, pour l'imagerie linguale sans manche

Miroirs petit, moyen, grand et latéral

Finalité d'utilisation:
Les miroirs sont destinés à la documentation photographique lors d'examens dentaires. Les prises de vue servent d'une part à la planification du traitement, à la réévaluation en cours de traitement ainsi qu'aux constatations finales et tardives.

Manipulation et déploiement sécurisés:

- Utilisation et préparation uniquement par du personnel formé
- N'utiliser les miroirs que conformément aux prescriptions sans quoi ils pourraient s'endommager ou se casser
- Nettoyer, désinfecter et/ou stériliser le produit avant la première utilisation
- Enterposer les produits de manière à ce qu'ils ne s'endommagent pas
- Ne pas utiliser de produits endommagés Mettre immédiatement au rebut les produits endommagés

Instructions de préparation:

- Respecter les directives internationales et nationales, les normes et les prescriptions légales ainsi que ses propres prescriptions d'hygiène pour le retraitement
- Pour les personnes souffrant de maladies infectieuses, il convient de respecter les directives afférentes
- Afin d'éviter toute pénétration d'impuretés entre le miroir et la poignée, un double joint d'étanchéité est appliqué sur tout le pourtour. Les adhésifs anaérobies, en tant qu'acrylates, ne sont pas durablement résistants à l'eau ; les amines et les chlorures assurent une dégradation plus rapide. Les miroirs dentaires ne doivent pas rester dans la solution de nettoyage ou de désinfection plus longtemps que ne le recommande le fabricant du produit, étant donné que l'adhésif pourrait alors se détacher. Le fabricant n'assume aucune garantie à cet égard.

Limitation du retraitement:
Lors du reconditionnement, la plus grande prudence est de mise en raison de la minceur du revêtement des miroirs et des poignées de maintien peintes. Un traitement manuel fréquent mais approprié n'a que peu d'effet sur la qualité et la durée de vie des miroirs. Un traitement approprié avec nettoyage et désinfection en machine peut éventuellement entraîner une usure plus importante.
La fin de la durée de vie du produit est normalement déterminée par l'usure due à l'utilisation. Les miroirs doivent alors être éliminés comme il est d'usage dans les cabinets dentaires.

FILTROP AG
Landstrasse 16
9496 Balzers | Liechtenstein
Téléphone +423 388 11 50
info@filtrop.com
www.filtrop.com

REV01, Date d'émission: 30.10.2023, Balzers, Liechtenstein
Basis UDI-DI: 426071006MSP2

Nettoyage / désinfection:

- Après utilisation, les miroirs peuvent être nettoyés manuellement à l'aide d'un chiffon désinfectant ou être placés dans une solution de nettoyage doux ou de désinfection appropriée.
- Respecter exactement la concentration, le temps d'action et la température de la solution de nettoyage ou de désinfection selon les indications du fabricant détachement de la poignée (détachement de la poignée du miroir en cas de temps d'action trop long)
- La solution de nettoyage et de désinfection doit être adaptée au nettoyage manuel (p. ex. non moussante)
- Changer la solution de nettoyage et de désinfection selon les indications du fabricant ou en cas de salissures visibles
- Fortement recommandé: désinfection thermique avec 'MediCleanForte' ou 'Neodisher N Dental'
- Le nettoyage par ultrasons n'est pas recommandé
- Nettoyer les miroirs selon les recommandations de l'Institut Robert Koch

Neutralisation/rinçage:

Rincer les miroirs nettoyés ou désinfectés selon la procédure habituelle. Instructions recommandées : rincer à l'eau propre et stérile afin d'éliminer tous les résidus de désinfection.

Séchage:

Les miroirs doivent être séchés par frottement à sec ou à l'air comprimé après la désinfection.

Stérilisation:

Les miroirs peuvent être stérilisés.
Éviter cependant les liquides de stérilisation qui contiennent des produits chimiques agressifs, comme l'hypochlorite.
Après des stérilisations fréquentes, des altérations de la pleine fonctionnalité peuvent apparaître (p. ex. décollement partiel de la peinture sur la poignée de maintien).
Méthode de stérilisation recommandée:
En autoclave (DIN EN ISO 17665-1)
Température recommandée : 121 °C (134 °C)
Pression recommandée : 2 bar (3 bar)
Durée de maintien : ≥ 20 min (≥ 5 min)

Contrôle du fonctionnement:

Vérifiez le bon fonctionnement des miroirs avant chaque utilisation. Les miroirs dont les surfaces en verre et les revêtements sont endommagés (rayures, éclats, fissures, etc.) ne doivent plus être utilisés. Les miroirs doivent alors être éliminés conformément aux pratiques habituelles.

Risques:

Les risques suivants peuvent survenir:

- Coupures en cas de miroir endommagé ou de personnes souffrant de convulsions dues à des éclats ou des arêtes vives
- Réactions allergiques :
  - à l'aluminium, en cas de poignées endommagées
  - à la colle, en cas de préparation non conforme

Restriction d'utilisation:

Chez les personnes sujettes aux convulsions, les miroirs ne doivent être utilisés qu'avec des barrières de mâchoire.
Pour les personnes souffrant de maladies infectieuses, l'utilisation de miroirs avec poignée est déconseillée. Nous conseillons plutôt d'utiliser des miroirs sans poignées. La préparation des miroirs sans poignée doit en tout état de cause être effectuée avec soin et conformément aux normes:

Miroir sans poignée pour prises de vue occlusales et linguales

Garantie:

Les miroirs sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et soumis à un contrôle de qualité avant leur livraison. Nous ne garantissons pas l'adéquation à l'intervention en question. C'est à l'utilisateur de le déterminer lui-même. Nous n'assumons pas non plus de responsabilité pour les dommages accidentels ou résultant de l'utilisation. Nous n'assumons aucune responsabilité s'il est prouvé que le présent mode d'emploi n'a pas été respecté notamment en cas de mauvaise manipulation du nettoyage ou de la désinfection.

FILTROP AG
Landstrasse 16
9496 Balzers | Liechtenstein
Téléphone +423 388 11 50
info@filtrop.com
www.filtrop.com

REV01, Date d'émission: 30.10.2023, Balzers, Liechtenstein
Basis UDI-DI: 426071006MSP2